

Акционерное общество
«Омский каучук»
цех КИПиА

АКТ

« 13 » мая 2025 г. № 14

Технического состояния

Произвела проверку вискозиметра Mooney-1500S, заводской номер 1742, год изготовления 1988, принадлежащего лаборатории по контролю за производством каучуков и латексов.

Определено следующее состояние прибора:

Неисправны самописец и регулятор температуры.

Заключение:

Так как данный прибор не выпускается, отсутствуют запчасти для самописца и регулятора температуры, дальнейшая эксплуатация прибора не возможна, требуется модернизация.

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

29 января 2025г. № 22/11-02

о техническом состоянии вискозиметров

Техническое состояние лабораторных вискозиметров Mooney-1500S в количестве трех штук (зав.№ 1742, 1839, 1841) находящихся в ОТК лаборатории по контролю за производством каучуков и латексов следующее:

- Самописцы работают не стабильно. Механический износ направляющих и шариков крепления каретки. Износ контактных групп между модулями самописца.
- Основной блок, периодически пропадает контакт на клеммной коробке, на кнопках управления. Часто выходят из строя модуля регулирования температуры.

В целом за последние два года увеличилось количество заявок на ремонт электроники вискозиметров. Ремонт отдельных узлов не возможно из-за отсутствия запчастей для ремонта, поддерживать в рабочем состоянии вискозиметры стало очень сложно. В 2024 году был списан вискозиметр именно по причине отсутствия запчастей на самописец.